

# 建设项目环境影响登记表

填报日期：2018-05-30

<b>项目名称</b>	长安昌健医院医用射线装置应用项目		
<b>建设地点</b>	陕西省西安市长安区郭杜街办樱花二路5号	<b>占地面积(m<sup>2</sup>)</b>	40
<b>建设单位</b>	西安长安昌健医院	<b>法定代表人或者主要负责人</b>	梁永娜
<b>联系人</b>	孙海波	<b>联系电话</b>	13389265493
<b>项目投资(万元)</b>	40	<b>环保投资(万元)</b>	5
<b>拟投入生产运营日期</b>	2016-10-14		
<b>建设性质</b>	新建		
<b>备案依据</b>	<p>该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第191核技术利用建设项目（不含在已许可场所增加不超出已许可活动种类和不高于已许可范围等级的核素或射线装置）项中销售Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源的；使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源的；医疗机构使用植入治疗用放射性粒子源的；销售非密封放射性物质的；销售Ⅱ类射线装置的；生产、销售、使用Ⅲ类射线装置的。</p>		
<b>建设内容及规模</b>	<p>一、建设内容 医院新增医用射线装置应用。</p> <p>二、建设规模</p> <p>1、本次新增射线装置使用规模</p> <p>（1）卡姆KP2018A型DR，最大管电压150kV，最大管电流600mA，使用位置门诊楼1楼机房；</p> <p>（2）宁波悦医行齿科设备公司Y-M/606090型牙片机，最大管电压70kv，最大管电流7mA。使用位置门诊楼1楼机房；</p>		

<p>主要环境影响</p>	<p>辐射环境影响</p>	<p>采取的环保措施及排放去向</p> <p>环保措施：  一、污染防治措施1、机房防护设计：射线装置设有单独的机房，机房满足使用设备的空间要求和辐射防护要求。机房内布局合理，避免有用线束直接照射门、窗和管线口位置。  2、警示标识：所有的机房病人出入门外1m处应设置黄色警戒线，告诫无关人员请勿靠近；辐射工作场所须设置工作指示灯和电离辐射标志并有中文说明，注明工作时严禁人员入内。  3、通风装置：射线装置机房设置动力排风装置，并保持良好的通风。  4、照射剂量控制：根据各射线装置的实际工作情况配备可升降的含铅挡板，为受检病人的非检查部位提供遮挡，尽量减少受照剂量；  5、防护用品和监测仪器：医院已配备个人剂量计1个、铅衣1件、铅围裙1条、铅围脖1个、铅帽1顶，铅方巾1个。  二、安全管理措施  1、有专职管理人员负责辐射安全管理。  2、规章制度：操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素和射线装置使用登记制度、人员培训计划、监测方案。  3、辐射事故应急措施。  4、个人剂量检定、个人剂量档案、职业健康体检、个人健康档案。  5、1人参加辐射安全和防护知识培训。</p>
<p><b>承诺：</b>西安长安昌健医院梁永娜承诺所填写各项内容真实、准确、完整，建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由西安长安昌健医院梁永娜承担全部责任。</p> <p style="text-align: right;"><b>法定代表人或主要负责人签字：</b></p>		
<p><b>备案回执</b></p> <p>该项目环境影响登记表已经完成备案，备案号：201861011600001454。</p>		